



TÜRKAK
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
TURKISH ACCREDITATION AGENCY
tarafından akredite edilmiştir.



TÜRKAY
KALİBRASYON MÜHENDİSLİK EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

KALİBRASYON SERTİFİKASI

Calibration Certificate

AB-0048-K

A127182

03.19

Cihaz Adı : ELEKTRONİK BASKÜL
Device Name

Markası (Üreticisi) : TEM
Trademark (Manufacturer)

Tipi / Modeli : BT2CA
Type / Model

Seri Numarası : 15-158243
Serial Number

Müşteri Kodu / İstek No : 270319-001
Customer Code / Order No

Cihaz Sahibi (Adı / Adresi) : FRAPORT TAV ANTALYA TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ AŞ
Customer (Name / Adress) ANTALYA HAVALİMANI 1.DIŞ HATLAR TERMİNALI
MURATPAŞA ANTALYA

Kalibrasyon Tarihi : 27.03.2019
Date Of Calibration

Sertifikanın Sayfa Sayısı : 3
Number of pages of the Certificate

Bu kalibrasyon sertifikası, Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) tanımlanmış birimleri realize eden ulusal ölçüm standartlarına izlenebilirliği belgeler.

This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of Units (SI).

Kalibrasyon laboratuvarı olarak faaliyet gösteren TÜRKAY KALİBRASYON , TÜRKAK'tan AB-0048-K ile TS EN ISO/ IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.
TÜRKAY KALİBRASYON accredited by TÜRKAK under registration number AB-0048-K for TSENISOIEC 17025 as Calibration Laboratory"

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) kalibrasyon sertifikalarının tanınurluğu konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalanmıştır.

Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of calibration certificates

Ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve kalibrasyon metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages which are part of this certificate.

Mühür
Seal



Tarih
Date
27.03.2019

Kalibrasyonu Yapan
Calibrated by
ENVER BAŞAR

Laboratuvar Müdürü
Head of the calibration laboratory
MUSTAFA ÇOLAK

TÜRKAY KALİBRASYON MÜHENDİSLİK EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

Merkez : Pancarlı Mh. 9 Nolu Cd. Türkay İş Merkezi Şehitkamil / GAZİANTEP
Tel.: 0 342 322 50 10 - Fax: 0 342 322 50 12
www.turkaykalibrasyon.com turkay@turkaykalibrasyon.com

Şube: Siteler Mh. 1319 Sk. Ötüken Apt. No: 19/D Konyaaltı / ANTALYA
Tel: 0 242 247 23 04- 06 • Fax: 0 242 247 23 70
antalya@turkaykalibrasyon.com



TÜRKAY KALİBRASYON

AB-0048-

K

A127182

03.19

1 Kalibre Edilen Cihaz Calibrated Device

Cihaz Adı
Object : ELEKTRONİK BASKÜL

İmalatçısı
Manufacturer : TEM

Modeli
Type : BT2CA

Seri Numarası
Serial Number : 15-158243

Ölçüm Aralığı
Capacity : 0-150 kg

Çözünürlüğü
Resolution : 0,5 kg

Bulunduğu Yer
Place : T2 CIP LOUNGE

2 Cihazın Laboratuvara Kabul Tarihi Date of receipt of Device

Ölçüm Metodu
Procedures : Kalibrasyon işlemi Euramet CG18, EA-4/02 (Expression of the Uncertainty of Measurement in Calibration)) rehber ve standart dokümanlara göre hazırlanmış TL-05 Terazi Kalibrasyonu talimatına uygun yapılmaktadır

Çevre Şartları
Environmental Conditions : Baş. Sıcaklık(°C): 20,3°C Bitiş. Sıcaklık(°C): 20,4°C

Baş. Nem(Rh):46% Bitiş Nem(Rh):46%

5 Kalibrasyonda Kullanılan Referanslar ve Cihazlar Reference equipment used during calibration

Cihaz Object	İmalatçısı Manufacturer	Seri No Serial Number	Sertifika No Certificate Number	İzlenebilirlik Traceability
E2 kütle seti(1mg-200g)	KERN	G07 07203	6.24768	AB-0012-K
F1 kütle Seti(1g-10kg)	KERN	G07 07325	6.24769	AB-0012-K
M1 sınıfı ağırlık(50adet)	LV	-	T12502	AB-0048-K
Termo Higrometre	TFA	S001	S201001	AB-0048-K



Kod No
FR.46

Yayın Tarihi
12.12.2012

Revizyon No
00

Revizyon Tarihi
-

Sayfa
2/3



TÜRKAY KALİBRASYON

AB-0048-K

A127182

03.19

6 Genel Muayene

General Inspection

Görsel ve Fonksiyonel Kontrol :Uygun

Kalibrasyon Öncesi Ayar Yapıldı mı ? :Hayır



Ayar Yapıldıysa Ayar tipi :-

	Referans Değer	Ölçülen Değer
Ayar Öncesi	-	-
Ayar Sonrası	-	-

7 Ölçüm Sonuçları

Measurement Result

Ön yükleme / Preload		
Referans Değer	Ölçülen Değer	Gösterge Sapması
120 kg	120,0 kg	0,0 kg



TEKRARLANABİLİRLİK TESTİ (kg)

NO	REFERANS DEĞER	ÖLÇÜLEN DEĞER	HATA
1	75	75,0	0,0
2	75	75,0	0,0
3	75	75,0	0,0
4			
5			
6			
STANDART SAPMA			0

KÖŞE YÜKÜ TESTİ(kg)

POZİSYON	REFERANS DEĞER	ÖLÇÜLEN DEĞER
1	50	50,0
2	50	50,0
3	50	50,0
4	50	50,0
5	50	50,0
MAX. KÖŞE YÜKÜ FARKI		0

LİNERİTE TESTİ SONUÇLARI (kg)

NO	DARA AĞIRLIĞI	UYGULANAN YÜK	GÖSTERGE DEĞERİ	HATA	BELİRSİZLİK
1	kg	10	10,0	0,0	0,408
2	kg	15	15,0	0,0	0,408
3	kg	30	30,0	0,0	0,408
4	kg	45	45,0	0,0	0,408
5	kg	60	60,0	0,0	0,408
6	kg	75	75,0	0,0	0,408
7	kg	90	90,0	0,0	0,408
8	kg	105	105,0	0,0	0,408
9	kg	120	120,0	0,0	0,408
10	kg	135	135,0	0,0	0,408
11	kg	150	150,0	0,0	0,408

8 Ölçüm Belirsizliği : $4,08E-01 + 4,41E-04 \times R$ g

R:uygulanan yük

Measurement Uncertainty

$E_{appr}(R) = 0,00E+00 \times R$ R=Kalibrasyon Sonrası Herhangi bir yük tartımı yapıldığında göstergede okunan değerdir.

Not: Yukarıdaki Belirsizlikler $E_{appr}(R)$ sapmalarını içermektedir.

Kalibrasyondaki belirsizlik EA-4/02 dökümanına uygun olarak hesaplanmıştır.

Kalibrasyonun toplam belirsizliği genişletilmiş belirsizlik olup, standart belirsizlikten kapsam faktörü $k=2,0$ kullanılarak elde edilmiştir.

Güvenilirlik düzeyi % 95'tir.

9 Açıklamalar

Descriptions

Bu kalibrasyon sonuçları sadece TEM marka 15-158243 seri numaralı cihaza ait olup kalibrasyon tarihinden itibaren ve sertifikada belirtilmiş şartlar altında geçerlidir. Cihazın performansı için gerekli çevre şartlarında kullanımından ve gelecek kalibrasyon tarihinin belirlenmesinden kullanıcı sorumludur.

Kod No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa
FR-46	12.12.2012	00	-	3/3

