



Fraport TAV
ANTALYA
Airport

T1 BAGAJ TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm yapılan tarih : 26.06.2019

Standart ağırlık :40Kg.

Check-in No	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
101	40	0,00%		
102	40	0,00%		
103	40	0,00%		
104	40	0,00%		
105	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
106	40	0,00%		
107	40	0,00%		
108	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
109	40	0,00%		
110	40	0,00%		
111	40	0,00%		
112	40	0,00%		
113	41,2	3,00%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
114	40	0,00%		
115	40	0,00%		
116	ENGELLİ KONTUARI OLUP CİHAZ BULUNMAMAKTADIR			
117	40	0,00%		
118	40	0,00%		
119	40,8	2,00%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
120	40	0,00%		
121	40	0,00%		
122	40	0,00%		
123	40	0,00%		
124	40	0,00%		
125	40	0,00%		
126	40	0,00%		
127	40	0,00%		
128	40	0,00%		
129	40	0,00%		
130	40	0,00%		
131	40	0,00%		
132	40	0,00%		
133	40	0,00%		
134	40	0,00%		
135	40	0,00%		
136	40	0,00%		
137	40	0,00%		
138	40	0,00%		
139	40	0,00%		
140	40	0,00%		
141	40	0,00%		
142	40	0,00%		
143	40	0,00%		
144	40	0,00%		
145	40	0,00%		
146	40	0,00%		
147	40	0,00%		
148	40	0,00%		
149	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
150	40	0,00%		
151	40	0,00%		
152	40	0,00%		
153	39,2	-2,00%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
154	40	0,00%		
155	40	0,00%		
156	40	0,00%		
157	40	0,00%		
158	40	0,00%		
159	40	0,00%		
160	40	0,00%		

Test Yapan (Ad Soyad ve Firma):

ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI ALETLERİ

SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Muratpaşa Mah. Akalın Apt. No:57/A

Muratpaşa/ANTALYA

Tel: 0242 244 64 06

Fax: 0242 244 64 06

Meris No:0242076539

Ant.Kurumlar V.D:338 078 0380

8.46: E.E.4.02 Rev No:0.3

Test Tarihi

26.06.2019

Kontrol Eden

Kontrol Tarihi

26.06.2019

Rev Tarihi:08.05.2018

Ölçüm yapılan tarih :26.06.2019

Standart ağırlık :40Kg.

Check-in No	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
201	40	0,00%		
202	41	2,50%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
203	40	0,00%		
204	40	0,00%		
205	40	0,00%		
206	40	0,00%		
207	40,5	1,25%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
208	40	0,00%		
209	40	0,00%		
210	40	0,00%		
211	40	0,00%		
212	40	0,00%		
213	40	0,00%		
214	40	0,00%		
215	40,5	1,25%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
216	40	0,00%		
217	40	0,00%		
218	40	0,00%		
219	40	0,00%		
220	40	0,00%		
221	40	0,00%		
222	40	0,00%		
223	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
224	40	0,00%		
225	40	0,00%		
226	40	0,00%		
227	40	0,00%		
228	40	0,00%		
229	40	0,00%		
230	40	0,00%		
231	40,5	1,25%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
232	40	0,00%		
233	40	0,00%		
234	40	0,00%		
235	40	0,00%		
236	40	0,00%		
237	41	2,50%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
238	40	0,00%		
239	40	0,00%		
240	40	0,00%		
241	40	0,00%		
242	40	0,00%		
243	40	0,00%		
244	40	0,00%		
245	40	0,00%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
246	40	0,00%		
247	40	0,00%		
248	40	0,00%		
249	40	0,00%		
250	40	0,00%		
251	40	0,00%		
252	40	0,00%		
253	40	0,00%		
254	40	0,00%		
255	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
256	40	0,00%		
257	40	0,00%		
258	40	0,00%		
259	40	0,00%		
260	40	0,00%		
261	40	0,00%		
262	41	2,50%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
263	40	0,00%		
264	40	0,00%		
265	40	0,00%		
266	40	0,00%		
267	40	0,00%		
268	40	0,00%		
269	40	0,00%		
270	40	0,00%		
271	40	0,00%		
272	42	5,00%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
273	40	0,00%		
274	40	0,00%		

Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaseşi)

ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI ALETLERİ
ŞAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 Muratpaşa Mah. 7 Sok. Tezcan Apt. No:57/A
 Muratpaşa/NTM/Antalya Fax: 0242 244 64 06
 Tel: 0242 244 22 27 & 247 53 44
 Mersis No:332 200 34 22 7 01 00 00 0000 0000
 muhasebe@elmaslar.com.tr www.elmaslar.com.tr

Test Tarihi

26.06.2019

Kontrol Eden


 Elektronik
 Electron

Kontrol Tarihi

26.06.2019

Ölçüm yapılan tarih : 26.06.2019

Standart ağırlık :40Kg.

Check-in No	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
301	40	0,00%		
302	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR			
303	40	0,00%		
304	40	0,00%		
305	40	0,00%		
306	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	
307	40	0,00%		
308	40	0,00%		
309	40,4	1,00%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
310	40	0,00%		
311	40	0,00%		
312	40	0,00%		
313	40	0,00%		
314	40	0,00%		
315	40	0,00%		
316	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	
317	40	0,00%		
318	40	0,00%		
319	40	0,00%		
320	40,4	1,00%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
321	40	0,00%		
322	40	0,00%		
323	40	0,00%		
324	40	0,00%		
325	40	0,00%		
326	40	0,00%		
327	40,4	1,00%	Mekanik ayar yapıldı	
328	40	0,00%		
329	40	0,00%		
330	40	0,00%		
331	40	0,00%		
332	40,2	0,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
THY CIP 01	40	0,00%		
THY CIP 02	40	0,00%		

ELMASLAR ELEKTRONİK HART PAZARLARI SAR ve KASA İSTİ. Muratpaşa Mh. 567. Sok. Tezcan Apt. No:57/A Muratpaşa/ANTALYA Fax: 0242 244 64 08 Tel: 0242 244 53 19 - 247 53 44 Mersis No: 08330780000002 - AN Kurumlar V.D: 333 078 0380 muhasibe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr	Test Tarihi 26.06.2019	Kontrol Eden ANTALYA Airtaxi SAĞLIK Sistemler Şefi Chief	Kontrol Tarihi 26.06.2019
--	---------------------------	---	------------------------------



CIP BAGAJ TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm yapılan tarih : 26.06.2019

Standart ağırlık :40Kg.

Check-in No	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
1	40	0,00%		
2	40	0,00%		
3	40	0,00%		
4	40	0,00%		
5	40	0,00%		
6	40	0,00%		

Test Yapan (Ad Soyad ve Firma)
ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI ALETLERİ
SAR ve Tic. Ltd. Sti.
Muratpaşa Mah. 65A SK. ERENLER BLD. No:57/A
Muratpaşa/ANTALYA Fax: 0242 244 64 06
Tel: 0242 244 2332 - 247 53 44
Mersis No:0833001001380000027 - Ant Kurumlar V.D:333 078 0380
muhasabe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr
8.46. EE.4.02 Rev No:0.3

Test Tarihi

26.06.2019

Kontrol Eden

Zaferan Çiğdem Selvi
Chief

Kontrol Tarihi

26.06.2019

Rev Tarihi:08.05.2018



Fraport TAV
ANTALYA
Airport

GATE BÖLGELERİ BAGAJ TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm yapılan tarih : 27.06.2019

Standart ağırlık : 10 Kg.

Gate No	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
TERMİNAL 1				
8	10	0,00%	ARIZALI TERAZI	
9	10	0,00%		
10	10	0,00%		
11	10,2	2,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
12	10	0,00%		
13	10	0,00%		
14	10	0,00%		
15	10,2	2,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
213	10	0,00%		
214	10	0,00%		
İÇ HATLAR TERMİNALİ				
4	10	0,00%		
5	10	0,00%		
6	9	-10,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
7	10	0,00%		
209	10	0,00%		
210	10	0,00%	AYAR SOMUNU YOK	
211	10	0,00%		
212			Cihaz yürüyen merdiven önüne alınmıştır.	
YÜRÜYEN MERDİVEN ÖNÜ	11	10,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
TERMİNAL 2				
60	10	0,00%		
61	10	0,00%		
62	10,2	0,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	
63	10	0,00%		
64	10	0,00%		
65	9,6	-4,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
66	10	0,00%		
67	10	0,00%		
199	YOK	0,00%		
200			CİHAZ BULUNMAMAKTADIR	
201	10	0,00%		
202	10	0,00%		
203	10	0,00%		
204	10	0,00%		
205	YOK	0,00%		
206	10	0,00%		
207	10	0,00%		
208			CİHAZ BULUNMAMAKTADIR	

Test Yapan (Ad Soyad ve Firma) ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI ALETLERİ SAM. ve TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 8071 SEYİRİBİLER Kpt. No:57/A Muratpaşa/ANTALYA Fax: 0242 244 64 06 Tel: 0242 242 82 16 247 63 44 Mersis No: 03200760000000000000000000 muhammet@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr	Test Tarihi 27.06.2019	Kontrol Eden 	Kontrol Tarihi 27.06.2019
---	---------------------------	------------------	------------------------------

8.46. EE.4.02 Rev No:0.3

Rev Tarihi:08.05.2018

Elektronik Tartı Cihazları
Sefi Çelik