

Ölçüm yapılan tarih : 23.06.2021

Standart ağırlık :40Kg.

Check-in No	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)			
101	40	0,00%					
102	40	0,00%					
103	40,4	1,00%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%			
104	40	0,00%					
105	40	0,00%					
106	41	2,50%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%			
107	40	0,00%					
108	40	0,00%					
109	40	0,00%					
110	40	0,00%					
111	40	0,00%					
112	40	0,00%					
113	40,4	1,00%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%			
114	40	0,00%					
115	40	0,00%					
116	ENGELİ KONTUARI OLUP CİHAZ BULUNMAMAKTADIR						
117	40,6	1,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%			
118	40	0,00%					
119	40	0,00%					
120	40,2	0,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%			
121	40	0,00%					
122	40	0,00%					
123	40	0,00%					
124	40	0,00%					
125	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%			
126	40	0,00%					
127	40	0,00%					
128	40	0,00%					
129	40	0,00%					
130	40	0,00%					
131	41	2,50%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%			
132	40	0,00%					
133	40	0,00%					
134	40	0,00%					
135	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%			
136	40	0,00%					
137	40	0,00%					
138	40	0,00%					
139	40	0,00%					
140	40	0,00%					
141	40	0,00%					
142	40,3	0,75%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%			
143	40	0,00%					
144	40	0,00%					
145	40	0,00%					
146	40	0,00%					
147	40	0,00%					
148	40	0,00%					
149	40	0,00%					
150	40	0,00%					
151	40	0,00%					
152	40	0,00%					
153	40,4	1,00%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%			
154	40	0,00%					
155	40	0,00%					
156	40	0,00%					
157	40	0,00%					
158	40	0,00%					
159	40,8	2,00%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%			
160	40	0,00%					
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi)	M. ALİ ERTÜRK	Test Tarihi	23.06.2021	Kontrol Eden	Cemal KUBOLAT	Kontrol Tarihi	23.06.2021

Ölçüm yapılan tarih :26.06.2021

Standart ağırlık :40Kg.

Check-in No	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
201	40	0,00%		
202	41	2,50%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
203	41	2,50%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
204	40	0,00%		
205	40	0,00%		
206	40	0,00%		
207	40	0,00%		
208	41	2,50%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
209	40	0,00%		
210	40	0,00%		
211	40	0,00%		
212	40,5	1,25%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
213	40	0,00%		
214	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
215	40	0,00%		
216	40	0,00%		
217	40	0,00%		
218	40	0,00%		
219	40	0,00%		
220	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
221	40	0,00%		
222	40	0,00%		
223	40	0,00%		
224	40	0,00%		
225	40	0,00%		
226	40	0,00%		
227	40	0,00%		
228	40	0,00%		
229	40	0,00%		
230	40,5	1,25%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
231	40	0,00%		
232	41	2,50%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
233	40	0,00%		
234	40	0,00%		
235	40	0,00%		
236	40	0,00%		
237	40	0,00%		
238	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
239	40	0,00%		
240	40	0,00%		
241	40	0,00%		
242	40	0,00%		
243	40	0,00%		
244	40	0,00%		
245	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
246	40	0,00%		
247	40	0,00%		
248	40	0,00%		
249	40	0,00%		
250	40	0,00%		
251	40	0,00%		
252	40,5	1,25%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
253	40	0,00%		
254	40	0,00%		
255	40	0,00%		
256	41,5	3,75%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
257	40	0,00%		
258	40	0,00%		
259	40	0,00%		
260	40	0,00%		
261	40	0,00%		
262	40	0,00%		
263	40	0,00%		
264	41	2,50%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
265	40	0,00%		
266	40	0,00%		
267	40	0,00%		
268	40	0,00%		
269	40,5	1,25%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
270	40	0,00%		
271	40	0,00%		
272	40	0,00%		
273	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
274	40	0,00%		

Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi)

Test Tarihi

Kontrol Eden

Kontrol Tarihi

ELMA ELEKTRONİK TARTI  
 M. ALI ERTÜRK  
 SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON NİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  
 Marmarosa Mah. No: 57/A  
 Marmarosa / Muğla Telp: 0242 244 64 08  
 Faks: 0242 244 67 19 - 0242 244 64 11  
 www.elmaelektronik.com.tr

26.06.2021

Cengiz GANBOLAT  
 Elektronik Sistemler Mühendisi  
 26.06.2021

Ölçüm yapılan tarih :26.06.2021

Standart ağırlık :40Kg.

Check-in No	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
301	40	0,00%		
302	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR			
303	40,2	0,50%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
304	40	0,00%		
305	40	0,00%		
306	40,4	1,00%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
307	40	0,00%		
308	40	0,00%		
309	40	0,00%		
310	40,2	0,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
311	40	0,00%		
312	40	0,00%		
313	40,4	1,00%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
314	40	0,00%		
315	40,2	0,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
316	40	0,00%		
317	40,2	0,50%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
318	40	0,00%		
319	40	0,00%		
320	40	0,00%		
321	40,4	1,00%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
322	40	0,00%		
323	40	0,00%		
324	40	0,00%		
325	40,4	1,00%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
326	40	0,00%		
327	40	0,00%		
328	40	0,00%		
329	40	0,00%		
330	42	5,00%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
331	40	0,00%		
332	40,2	0,50%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
THY CIP 01	40	0,00%		
THY CIP 02	40	0,00%		

Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kasesi) ELMAS ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE TARTI SİSTEMLERİ A.Ş. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü, No: 12/2 Mimarlar Çarşısı, Kat: 2, No: 12/2 Muhasebe / NT / 0242 247 21 44 Talep / 0242 247 21 44 www.elmas.com.tr - www.antalya.com.tr	Test Tarihi 26.06.2021	Kontrol Eden ANTALYA Airport Cengiz KAMBOLAT Elektronik Sistemler Mühendisi	Kontrol Tarihi 26.06.2021
--	---------------------------	---	------------------------------

CIP BAGAJ TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm yapılan tarih : 23.06.2021

Standart ağırlık :40Kg.

Check-in No	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
1	40	0,00%		
2	40	0,00%		
3	40	0,00%		
4	40	0,00%		
5	40	0,00%		
6	40	0,00%		

Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) <b>EİMİALİ ERTÜRK</b> SİSTEMLERİ VE ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE ELEKTRONİK TARTI MURATPAZARI MEYDANINDA, İZMİR APARTMANI 4/7A ANTALYA / MÜHÜR NO: 0242 244 24 06 0532 442 27 80 44 muhasibe@cimastar.com.tr - www.cimastar.com.tr	Test Tarihi <b>23.06.2021</b>	Kontrol Eden <b>Gençer ÇANBOLAT</b> Elektronik Sistemler Mühendisi	Kontrol Tarihi <b>23.06.2021</b>
---	----------------------------------	--	-------------------------------------

8.46. EE.4.02 Rev No:0.3 Rev Tarihi:08.05.2018



Fraport TAV  
**ANTALYA**  
Airport

## GATE BÖLGELERİ BAGAJ TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm yapılan tarih : 23.06.2021

Standart ağırlık : 10 Kg.

Gate No	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
<b>TERMİNAL 1</b>				
8	10	0,00%		
9	10,4	4,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
10	10	0,00%		
11	10	0,00%		
12	10,3	3,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
13	10	0,00%		
14	10,3	3,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
15	10	0,00%		
213	10	0,00%		
214	10	0,00%		
<b>İÇ HATLAR TERMİNALİ</b>				
4	10,5	5,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
5	10	0,00%		
6	10,3	3,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
7	10	0,00%		
209	10	0,00%		
210	10	0,00%		
211	10,6	0,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
212	Cihaz yürüyen merdiven önüne alınmıştır.			
YÜRÜYEN MERDİVEN ÖNÜ	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR			
<b>TERMİNAL 2</b>				
60	10	0,00%		
61	10,3	3,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
62	10	0,00%		
63	10	0,00%		
64	10,3	3,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
65	10	0,00%		
66	10	0,00%		
67	10,2	2,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
199	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR			
200	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR			
201	10	0,00%		
202	10	0,00%		
203	10	0,00%		
204	10,4	4,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
205	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR			
206	10	0,00%		
207	10,3	3,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
208	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR			

Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M. ALİ ERTÜRK ELMACI ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KÜTÜPİNE VE HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Müşahede: 01 324 244 84 06 Müşahede: 01 324 244 84 06 Tic. Sic. No: 27 333 44 Mühür No: 01 324 244 84 06 www.elmaci.com.tr	Test Tarihi 23.06.2021	Kontrol Eden Cengiz ÇAMBOLAT ANTALYA Airport Elektronik Sistemler Mühendisi	Kontrol Tarihi 23.06.2021
--	---------------------------	---	------------------------------

8.46. EE.4.02

Rev No:0.3

Rev Tarihi:08.05.2018