

Ölçüm yapılan tarih : 25.02.2021

Standart ağırlık :40Kg.

Check-in No	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
101	40	0,00%		
102	40	0,00%		
103	40	0,00%		
104	40	0,00%		
105	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
106	40	0,00%		
107	40	0,00%		
108	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
109	40	0,00%		
110	40	0,00%		
111	40	0,00%		
112	40	0,00%		
113	40	0,00%		
114	40	0,00%		
115	40	0,00%		
116	ENGELİ KONTUARI OLUP CİHAZ BULUNMAMAKTADIR			
117	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
118	40	0,00%		
119	40	0,00%		
120	40	0,00%		
121	40	0,00%		
122	40	0,00%		
123	40	0,00%		
124	40	0,00%		
125	40,4	1,00%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
126	40	0,00%		
127	40	0,00%		
128	40	0,00%		
129	40	0,00%		
130	40	0,00%		
131	40	0,00%		
132	40	0,00%		
133	40,2	0,50%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
134	40	0,00%		
135	40	0,00%		
136	40	0,00%		
137	40	0,00%		
138	40	0,00%		
139	40	0,00%		
140	40	0,00%		
141	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
142	40	0,00%		
143	40	0,00%		
144	40	0,00%		
145	40	0,00%		
146	40	0,00%		
147	40	0,00%		
148	40	0,00%		
149	40	0,00%		
150	40	0,00%		
151	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
152	40	0,00%		
153	40	0,00%		
154	40	0,00%		
155	40	0,00%		
156	40	0,00%		
157	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
158	40	0,00%		
159	40	0,00%		
160	40	0,00%		

Test Yapan (Ad Soyad ve Firma
Kaşesi)

ELMASLARI ELEKTRONİK TAHTI
SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON SAN. TIC. LTD. ŞTİ.

Muratpaşa / Muratpaşa / Antalya / 07050 / 242 244 64 06
Tel: 242 244 64 06 / 242 53 44
Faks: 242 244 64 06 / 242 53 44

8.46 EK 4.02 Rev No:03

www.elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr

Test Tarihi

25.02.2021

Kontrol Eden
ANTALYA
Airport

Cengiz CANBOLAT
Elektronik Sistemler Mühendisi

Kontrol Tarihi

25.02.2021

Rev Tarihi:08.05.2018

Ölçüm yapılan tarih :25.02.2021

Standart ağırlık :40Kg.

Check-in No	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
201	40	0,00%		
202	40	0,00%		
203	40	0,00%		
204	41	2,50%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
205	40	0,00%		
206	40	0,00%		
207	40	0,00%		
208	41	2,50%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
209	40	0,00%		
210	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
211	40	0,00%		
212	40	0,00%		
213	40	0,00%		
214	40	0,00%		
215	40	0,00%		
216	40	0,00%		
217	40	0,00%		
218	40	0,00%		
219	40	0,00%		
220	40,5	1,25%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
221	40	0,00%		
222	40	0,00%		
223	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
224	40	0,00%		
225	40	0,00%		
226	40	0,00%		
227	40	0,00%		
228	41	2,50%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
229	40	0,00%		
230	40	0,00%		
231	40	0,00%		
232	40	0,00%		
233	40	0,00%		
234	41	2,50%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
235	40	0,00%		
236	40	0,00%		
237	40	0,00%		
238	40	0,00%		
239	40,5	1,25%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
240	40	0,00%		
241	40	0,00%		
242	40	0,00%		
243	40	0,00%		
244	40	0,00%		
245	40	0,00%		
246	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
247	40	0,00%		
248	40	0,00%		
249	40	0,00%		
250	40	0,00%		
251	40	0,00%		
252	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
253	40	0,00%		
254	40	0,00%		
255	40	0,00%		
256	40	0,00%		
257	40	0,00%		
258	40	0,00%		
259	40	0,00%		
260	40,5	1,25%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
261	40	0,00%		
262	40	0,00%		
263	40	0,00%		
264	40	0,00%		
265	40	0,00%		
266	42	5,00%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
267	40	0,00%		
268	40	0,00%		
269	40	0,00%		
270	40	0,00%		
271	41	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
272	40	0,00%		
273	40	0,00%		
274	40	0,00%		

Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kasesi)

 M. ALLERTÜRK
 SİSTEMLERİ VE ELEKTRONİK SİSTEMLERİN TİC. LTD. ŞTİ.
 Muralpaşa Mah. 517. Sk. 1. Kat No: 57/A
 Muratpaşa / ANTALYA / TÜRKİYE Tel: 0242 244 64 06
 Tel: 0242 244 64 06

Test Tarihi

25.02.2021

Kontrol Eden


 Cengiz CANBOLAT
 Elektronik Sistemler Mühendisi

Kontrol Tarihi

25.02.2021

Ölçüm yapılan tarih :25.02.2021

Standart ağırlık :40Kg.

Check-in No	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
301	40	0,00%		
302	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR			
303	40	0,00%		
304	40	0,00%		
305	40	0,00%		
306	40	0,00%		
307	40	0,00%		
308	40	0,00%		
309	40,2	0,50%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
310	40	0,00%		
311	40,2	0,50%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
312	40	0,00%		
313	40	0,00%		
314	40,4	1,00%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
315	40	0,00%		
316	40	0,00%		
317	40,4	1,00%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
318	40	0,00%		
319	40	0,00%		
320	40,2	0,50%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
321	40	0,00%		
322	40	0,00%		
323	40	0,00%		
324	40	0,00%		
325	41	2,50%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
326	40	0,00%		
327	40	0,00%		
328	40	0,00%		
329	40,4	1,00%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
330	40	0,00%		
331	40	0,00%		
332	40	0,00%		

THY CIP 01	40	0,00%		
THY CIP 02	40	0,00%		

Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) ELMASLAR SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON M. ALİ ERTÜRK Muralpaşa Mah. 67. Sk. 2. Kat Muralpaşa / ANTALYA / TÜRKİYE Tic. Sic. No: 27410 Apt. No: 57/A Tel: 0242 244 64 06 Faks: 0242 244 64 06 E-posta: info@elmalar.com.tr www.elmalar.com.tr	Test Tarihi 25.02.2021	Kontrol Eden Fraport TAV ANTALYA Airport CENGİZ ÇANBOLAT Elektronik Sistemler Mühendisi	Kontrol Tarihi 25.02.2021
--	---------------------------	--	------------------------------

8.46. Revizyon No: 0.317 53 44

Rev Tarihi:08.05.2018



Fraport TAV
ANTALYA
Airport

GATE BÖLGELERİ BAGAJ TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm yapılan tarih : 25.02.2021

Standart ağırlık : 10 Kg.

Gate No	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
TERMİNAL 1				
8	10	0,00%		
9	10,4	4,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
10	10	0,00%		
11	10	0,00%		
12	10	0,00%		
13	10	0,00%		
14	10	0,00%		
15	10,4	4,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
213	10	0,00%		
214	10	0,00%		
İÇ HATLAR TERMİNALİ				
4	10	0,00%		
5	10,2	2,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
6	10	0,00%		
7	10	0,00%		
209	10,5	5,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
210	10	0,00%		
211	10	0,00%		
212	Cihaz yürüyen merdiven önüne alınmıştır.			
YÜRÜYEN MERDİVEN ÖNÜ	YOK	0,00%	TERAZİ YOK	
TERMİNAL 2				
60	10	0,00%		
61	10,2	2,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
62	10	0,00%		
63	10,2	2,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
64	10	0,00%		
65	10	0,00%		
66	10,5	5,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
67	10	0,00%		
199	YOK	0,00%	TERAZİ YOK	
200	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR			
201	10	0,00%		
202	10,2	2,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
203	10,1	1,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI	0,00%
204	10	0,00%		
205	YOK	0,00%	TERAZİ YOK	
206	10	0,00%		
207	10	0,00%		
208	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR			

Test Yapan (Ad Soyad ve Firma)

ELMASLAR Kaşesi)
SİSTEMLERİ VE MALİYETLERİ A.Ş. LTD. ŞTİ.
Muratpaşa Mahallesi, 57/A
Muratpaşa / ANTALYA / T.C. 0242 244 64 06
Tel: 0242 244 64 06 - 0242 247 53 44

Test Tarihi

25.02.2021

Kontrol Eden

ANTALYA
Cengiz CANBOLAT
Elektronik Sistemler Mühendisi

Kontrol Tarihi

25.02.2021

Ant.Kurumlar No: 330780390 Mer.No:0333078038000027
8.46-DB-402 Rev.No:0.3


Rev Tarihi:08.05.2018

CIP BAGAJ TARTI CIHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm yapılan tarih : 25.02.2021

Standart ağırlık :40Kg.

Check-in No	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
1	40	0,00%		
2	40	0,00%		
3	40	0,00%		
4	40	0,00%		
5	40	0,00%		
6	40	0,00%		

Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON M. ALİ ER TÜRK LTD. ŞTİ. Muratpaşa / Antalya / Türkiye Apt. No: 57/A Tel: 0242 242 53 44 - 0242 242 64 00 E-Posta: info@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr	Test Tarihi 25.02.2021	Kontrol Eden  ANTALYA Airport Cengiz DARBOLAT Elektronik Sistemler Mühendisi	Kontrol Tarihi 25.02.2021
--	---------------------------	---	------------------------------

8.46 ELS 4.02 Rev No:0.3

Rev Tarihi:08.05.2018