

İÇ HATLAR EK KONTUAR KONTROL TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	15.08.2025	Test Ağırlığı:	40 kg
----------------------	------------	----------------	-------

Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
401	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
402	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
403	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
404	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
405	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
406	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
407	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
408	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
409	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
410	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
411	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
412	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
413	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
414	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	39,90	-0,25%	Elektronik bakım yapıldı	0 %
415	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
416	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
417	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
418	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
419	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
420	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
421	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
422	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
423	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
424	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
425	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
426	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
427	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
428	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
429	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
430	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
431	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
432	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
433	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		

Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 200 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.	Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,50%
------------------------------	---------	---	------------------------------------	---------

Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M. ALİ ERTÜRK ELMAŞLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON A.Ş. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 67. Sk. Rezzan Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA Fax: 0242 244 64 06 Tel: 0242 242 67 77 - 0242 247 53 44 Ant. Kurumlar V.D.: 333 078 0380 Mer. No: 03330780380000027 muhassebe@elmaslar.com.tr www.elmaslar.com.tr	Servis Kontrol Tarihi: 15.08.2025	Kontrol Eden  Serkan UŞLU Elektronik Sistemler (EJS) Mühendisi	Kontrol Tarihi 03.09.2025
---	--	---	-------------------------------------

**İÇ HATLAR BAGAJ TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU**

Ölçüm Yapılan Tarih:	15.08.2025	Test Ağırlığı:	50 kg
----------------------	------------	----------------	-------

Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
301	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	48,00	-4,00%	Elektronik bakım yapıldı	0 %
302	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
303	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
304	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	49,70	-0,60%	Elektronik bakım yapıldı	0 %
305	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
306	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
307	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
308	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
309	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
310	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
311	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
312	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
313	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	47,00	-6,00%	Elektronik bakım yapıldı	0 %
314	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
315	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
316	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
317	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
318	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
319	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
320	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
321	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
322	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
323	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
324	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
325	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
326	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
327	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
328	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
329	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
330	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
331	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
332	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
335	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
336	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
337	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
338	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
339	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
340	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
341	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,10	0,20%	Elektronik bakım yapıldı	0 %
342	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
343	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
344	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
345	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
346	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
347	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	49,90	-0,20%	Elektronik bakım yapıldı	0 %
348	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
349	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		

**Müsaade Edilebilir
Hata Payı**

± 100 g

Hata payı hesabı **OIML R76-1 Tablo-6** 'ya göre yapılmıştır.

**Müsaade Edilebilir
Hata Oranı (%):**

± 0,20%

Test Yapan
(Ad Soyad ve Firma Kasesi)

M.ALİ ERTÜRK

ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI
SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Muratpaşa Mah. 637 Sk. Tozcan Apt. No: 57/A
Muratpaşa / ANTALYA / Fax: 0242 244 64 06
Tel: 0242 244 07 11 - 0242 247 53 44
Arl Kurumlar V.D.: 333 178 0380 Mer.No: 0333078038000027
muhasebe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr

Servis Kontrol
Tarihi:
15.08.2025

Kontrol Eden
Serkan USLU
Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi

Kontrol Tarihi
03.09.2025

**THY CIP BAGAJ TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU**

Ölçüm Yapılan Tarih:	15.08.2025	Test Ağırlığı:	50 kg			
THY CIP 01	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
THY CIP 02	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 150 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 0,30%
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M.ALİ ERTÜRK			Servis Kontrol Tarihi: 15.08.2025		Kontrol Eden  Serkan ÜSLU Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi	Kontrol Tarihi 03.09.2025

ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI
SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Muratpaşa Mah. 567 Sk. Tezcan Apt. No: 57/A
Muratpaşa / ANTALYA - Fax: 0242 244 64 06
Tel: 0242 242 67 77 - 0242 247 53 44
Ant. Kurumlar V.D.: 333 078 0780 Met. No: 0333078038900027
muhasabe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr

T1 DIŞ HATLAR BAGAJ TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	15.08.2025	Test Ağırlığı:	40 kg
----------------------	------------	----------------	-------

Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
101	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
102	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
103	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
104	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
105	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
106	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
107	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	39,50	-1,25%	Elektronik bakım yapıldı	0 %
108	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
109	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
110	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
111	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
112	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	40,00	0,00%		
113	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
114	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	40,00	0,00%		
115	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
116	ENGELLİ KONTUARI OLUP CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					
117	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	40,00	0,00%		
118	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
119	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
120	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	40,00	0,00%		
121	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
122	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	40,00	0,00%		
123	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	40,00	0,00%		
124	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
125	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		

Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 500 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.	Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 1,25%
------------------------------	---------	---	------------------------------------	---------

Ölçüm Yapılan Tarih:	15.08.2025	Test Ağırlığı:	100 kg
----------------------	------------	----------------	--------

Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
126	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
127	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
128	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
129	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
130	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
131	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
132	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
133	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
134	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
135	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
136	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
137	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	99,60	-0,40%	Elektronik bakım yapıldı	0 %
138	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
139	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
140	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	99,60	-0,40%	Elektronik bakım yapıldı	0 %
141	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Elektronik bakım yapıldı	0 %
142	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
143	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
144	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
145	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
146	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
147	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		

Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 400 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.	Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,40%
------------------------------	---------	---	------------------------------------	---------

148	ATTRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
-----	------------------	----------------	-------	-------	--	--

Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 200 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.	Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,50%
------------------------------	---------	---	------------------------------------	---------

149	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
150	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
151	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
152	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
153	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
154	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
155	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
156	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
157	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
158	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
159	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
160						

CİHAZ BULUNMAMAKTADIR

Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 400 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.	Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,40%
------------------------------	---------	---	------------------------------------	---------

Test Yapan (Ad Soyad) EDS ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLER KURUMU SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah.56 / Sk. Tozcan Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA / Fax: 242 244 64 06 Tel: 0242 242 63 00 - 0242 247 53 44 AntKurulur V.D.: 333 078 0380 Mer.No:033078038000027 muhasse@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr	Servis Kontrol Tarihi: 15.08.2025	Kontrol Eden ANTALYA Mühür Serkan ÜSLU Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi	Kontrol Tarihi 03.09.2025
--	--	--	-------------------------------------



T1 CIP LOUNGE TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	15.08.2025				Test Ağırlığı:	100 kg
Check-in No	Marka - Model	Kapasite /	Ölçülen	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
1	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
2	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
3	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
4	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
5	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	99,80	-0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
6	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,20	0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 200 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,20%
ELMA ELEKTRONİK TARTI (Ağırlama ve Kalibrasyon Hiz. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.) Muratpaşa / ANTALYA, Tezcan Apt. No: 57/A Tel: 0242 242 67 77 - 0242 247 83 44 Ant.Kurumlar V.D.: 333 078 0380 Mer. No: 33078038000027 muhaasebe@elmaelektronik.com.tr - www.elmaelektronik.com.tr				Servis Kontrol Tarihi: 15.08.2025	Kontrol Eden ANTALYA Airport Selkan USLU Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi	Kontrol Tarihi 03.09.2025

**GATE BÖLGELERİ BAGAJ TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU**

Ölçüm Yapılan Tarih: 15.08.2025 Test Ağırlığı: 10 kg

Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
-------------	---------------	-----------------------	---------------	-----------	---------------	-------------------------

DIŞ HAT - TERMİNAL 1

8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.	Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 1,00%
------------------------------	---------	---	------------------------------------	---------

İÇ HATLAR TERMİNALİ

4	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
5						
6	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
7	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
209	NECK / SP	21 kg / 100 g	10,00	0,00%		
210	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
211	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
212						

Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.	Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 1,00%
------------------------------	---------	---	------------------------------------	---------

Ölçüm Yapılan Tarih: 15.08.2025 Test Ağırlığı: 50 kg

CIP TERMİNAL

Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
CIP 01	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
CIP 02	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
CIP 03	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
CIP 04	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
CIP 05	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		

Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 150 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.	± 0,30%	± 0,30%
------------------------------	---------	---	---------	---------

Ölçüm Yapılan Tarih: 15.08.2025 Test Ağırlığı:

T1 GATE

Check-in No	Marka - Model	Kapasite /	Ölçülen	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
106						
107						
108						
109						
110						

Müsaade Edilebilir	± 150 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya	± 0,30%	± 0,30%
--------------------	---------	---	---------	---------

Test Yapan
(Ad Soyad ve Firma Kasesi)
SİMİMLER ELEKTRONİK TARTI
SİMİMLER ELEKTRONİK TARTI
MURATPAŞA MAH. 67 SK. TEZCAN APT. NO: 67/A
MURATPAŞA / ANTALYA - FAX: 0242 244 64 06
Tel: 0242 242 67 77 - 0242 247 53 44
Ant. Kurumlar V.D.: 333 008 / 360 Mer. No: 333078038000027
muhsaba@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr

Servis Kontrol
Tarihi:
15.08.2025

Kontrol Eden
Serkan ÜSLU
Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi

Kontrol Tarihi

03.09.2025

T2 DIŞ HATLAR BAGAJ TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih: 15.08.2025		Test Ağırlığı: 100 kg				
Check-In No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
101	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
102	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
103	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
104	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
105	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
106	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
107	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
108	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
109	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
110	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
111	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
112	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
113	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
114	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
115	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
116	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
117	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
118	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
119	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
120	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
121	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
122	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
123	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
124	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
125	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
126	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
127	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
128	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
129	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
130	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
131	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
132	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
133	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
134	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
135	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
136	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
137	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
138	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
139	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
140	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	99,80	-0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
141	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
142	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	99,00	-1,00%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
143	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	99,00	-1,00%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
144	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
145	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
146	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
147	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
149	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
150	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
151	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
152	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
153	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
154	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
155	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
156	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
157	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
158	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
159	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
160	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
161	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
162	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
163	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
164	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
165	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
166	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
167	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
168	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
169	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
170	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
171	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
172	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
173	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
174	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	99,40	-0,60%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
175	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı ± 400 g		Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.		Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%): ± 0,40%		
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) ELİAĞSULU ERTÜRK SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah.567 Sk. Toprak Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA / P.K:0242 244 64 06 Tel:0242 242 67 - - 0242 247 53 44 Ant.Kurumlar V.D. 333 078 0380 Mer.No:0333078088000027 muhasebe@eliasulu.com.tr - www.eliasulu.com.tr		Servis Kontrol Tarihi: 15.08.2025		Kontrol Eden  Serkan USLU Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi		Kontrol Tarihi 03.09.2025



GENEL HAVACILIK TERMİNALİ TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	15.08.2025	Test Ağırlığı:	100 kg			
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
1	TEM BT2TB	300 kg / 100 g	100,00	0,00%		
2	TEM BT2TB	300 kg / 100 g	99,90	-0,10%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
3	TEM BT2TB	300 kg / 100 g	100,00	0,00%		
4	TEM BT2TB	300 kg / 100 g	100,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,10%
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M. ALİ ERTÜRK ELMAŞLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 567 Sk. Yeşilçam Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA / TÜRKİYE 0705242 244 04 06 Tel: 0242 242 87 77 - 0242 247 83 44 Ant. Kurumlar V.D. 333 078 0380 / Mer. No: 0333078038000027 www.elmaslar.com.tr • www.elmaslar.com.tr				Servis Kontrol Tarihi: 15.08.2025	Kontrol Eden SERKAN USLU Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi	Kontrol Tarihi 03.09.2025

TERMİNAL 2 - TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	15.08.2025				Test Ağırlığı:	50 kg
Check-in No	Marka - Model	Kapasite /	Ölçülen	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
522	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
523	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
524	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
525	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
526	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
527	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
528	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
529	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
530	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
531	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
532	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
533	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
534	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
535	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
536	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
537	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
538	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
539	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
540	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
541	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
542	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
543	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
544	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
545	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
546	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
547	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
548	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
549	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
550	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
551	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
552	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
553	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
554	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
555	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	41,00	-18,00%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
556	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	49,00	-2,00%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
557	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	49,00	-2,00%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
558	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
559	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
560	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
561	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
562	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	49,70	-0,60%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
563	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
564	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
565	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
566	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
567	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
568	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
569	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
570	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
571	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	49,00	-2,00%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
572	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
573	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
574	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	49,00	-2,00%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
575	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	49,60	-0,80%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
576	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	49,60	-0,80%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
577	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
578	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
579	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
580	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	49,60	-0,80%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,20%
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) ELMASER ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah.567 Sk. Tezcan Apt.No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA / Tel:0242 242 241 64 06 Tel:0242 242 67 77 - 0242 247 53 44 Ant Kurumlar V.D. : 333 078 0380 Mer.No:03330780380000027 muhasebe@elmaser.com.tr - www.elmaser.com.tr				Servis Kontrol Tarihi: 15.08.2025	Kontrol Eden Serkan ÜSÜ Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi	Kontrol Tarihi 03.09.2025

TERMINAL 2 - TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:		15.08.2025			Test Ağırlığı:		50 kg
Check-in No	Marka - Model	Kapasite /	Ölçülen	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)	
501	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%			
502	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%			
503	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%			
504	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	49,00	-2,00%	Elektronik ayar yapıldı	0 %	
505	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%			
506	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%			
507	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%			
508	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	49,20	-1,60%	Elektronik ayar yapıldı	0 %	
509	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%			
510	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%			
511	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%			
512	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	49,00	-2,00%	Elektronik ayar yapıldı	0 %	
513	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%			
514	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%			
515	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%			
516	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%			
517	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%			
518	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%			
519	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%			
520	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%			
521	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%			
Müsaade Edilebilir Hata Payı		± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.		Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,20%	
Servis Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	
Kontrol Tarihi:		15.08.2025		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi	

TERMİNAL 2 PREMIUM CİP TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	15.08.2025				Test Ağırlığı:	100 kg
Check-in No	Marka - Model	Kapasite /	Ölçülen	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
1	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
2	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
3	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	99,90	-0,10%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
4	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
5	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
6	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
7	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
8	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,10%
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M. ALİ NERTÜRK ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 567 Sk. Tezcan Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA. Tel: 0242 244 64 06 Tel: 0242 242 67 11 - 0242 247 53 44 Ant. Kurumlar V.D.: 333 078 0380 Kat.No: 0333 078038000027 muhassebe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr				Servis Kontrol Tarihi: 15.08.2025	Kontrol Eden  Serkan USLU Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi	Kontrol Tarihi 03.09.2025

FTA ELITE LOUNGE T2 TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	15.08.2025				Test Ağırlığı:	100 kg
Check-in No	Marka - Model	Kapasite /	Ölçüler:	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
801	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
802	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
803	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
804	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	99,60	-0,40%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
805	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	99,00	-1,00%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
806	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
807	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	99,60	-0,40%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
808	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
809	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
810	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	99,70	-0,30%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
811	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	99,50	-0,50%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı: OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,10%
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) ELMASLAR ALİ İRTÜRK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah.567 Sk. Taşcaı Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA / Tel:0242 242 2144 64 06 Tel:0242 242 67 0242 247 53 44				Servis Kontrol Tarihi: 15.08.2025		Kontrol Eden Fraport TAV ANTALYA Airport Serkan USLU Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi
				Kontrol Tarihi 03.09.2025		

**T2 GATE TERMİNALİ TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU**

Ölçüm Yapılan	15.08.2025			Test Ağırlığı:	50 kg
TERMINAL 2					
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Bakım Sonrası Sapma (%)
61	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR				
62	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%	ibre,cam yok 0 %
63	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	
64	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	
65	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	
66	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	
67	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	
199	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	
200	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR				
201	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	
202	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR				
203	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	
204	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	
205	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR				
206	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR				
207	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR				
208	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	
208A	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR				
Müsaade Edilebilir Hata Payı		$\pm 100 \text{ g}$		Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%)	
		Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.		$\pm 1,00\%$	
Test Yapan ELMASLAR ELEKTRONİKLER (Ad Soyad ve Mühür Kağıdı) SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah.567 Sk. Tarcan Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA / Türkiye / 07052 244 64 06 Tel:0242 242 67 12 - 0242 247 53 44 Ant.Kurumlar V.D. 333 073 0390 M.H. No:0333078038000027 muhasabe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr			Servis Kontrol Tarihi: 15.08.2025	Kontrol Eden  Serkan UŞLU Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi	Kontrol Tarihi 03.09.2025